



## Wartungsvertrag



### Anwendung

AFRISO bietet für die Abgasmessgeräte BLUELYZER, EUROLYZER und MULTILYZER sowie für das Staubmessgerät umfangreiche Wartungsverträge mit unterschiedlichen Laufzeiten. Der jährliche Service umfasst neben einem kompletten Funktionstest sowie einer Gerätekalibrierung auch die Überprüfung und gegebenenfalls den Tausch der O<sub>2</sub>- und CO-Messzelle. Auf Wunsch kann der Grundwartungsvertrag um weitere Messzellen erweitert werden.

Um den vollen Leistungsumfang des Wartungsvertrages zu nutzen, muss der Wartungsvertrag direkt nach dem Kauf des Abgasmessgerätes über die komplette Laufzeit (5 bzw. 7 Jahre) mit jährlichen Wartungsintervallen abgeschlossen werden. Die Wartungsintervalle sind termingerecht im Abstand von max. 11 bis 13 Monaten durchzuführen.

### Ausführungen

Wartungs- vertrag	Laufzeit		Zellentausch								Art.-Nr.
	5 Jahre	7 Jahre	Gerätekali- brierung	Funktions- test	O <sub>2</sub> -Zelle	CO-Zelle	NO-Zelle	NO <sub>2</sub> -Zelle	CO <sub>High</sub> -Zel- le	SO <sub>2</sub> -Zelle	
BLUELY- ZER ST	•		•	•	•	•					579041
EUROLY- ZER STx		•	•	•	•	•					579047
MULTILY- ZER STe		•	•	•	•	•					579044
Staub- messgerät STM 225	•		•	•	•	•					579046
Zusatz-Zel- le NO Lauf- zeit wie Ge- rät								•			579000
Zusatz-Zel- le NO <sub>2</sub>									•		579001

Blaue Art.-Nr. = Lagerware



Wartungs- vertrag	Laufzeit		Gerätekali- brierung	Funktions- test	Zellentausch						Art.-Nr.
	5 Jahre	7 Jahre			O <sub>2</sub> -Zelle	CO-Zelle	NO-Zelle	NO <sub>2</sub> -Zelle	CO <sub>High</sub> -Zel- le	SO <sub>2</sub> -Zelle	
Laufzeit wie Gerät											
<b>Zusatz-Zel- le CO<sub>High</sub></b>									•		579002
Laufzeit wie Gerät											
<b>Zusatz-Zel- le SO<sub>2</sub></b>										•	579003
Laufzeit wie Gerät											

Blaue Art.-Nr. = Lagerware